Sure check® Streamer

Test de sarcină cu precizie de peste 99%.

Rezultate chiar din prima zi de întârziere a menstruației!

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare!

Perspectiva de a rămâne însărcinată poate aduce atât fericire cât și neliniște. În oricare dintre situații, primul lucru pe care trebuie să îl faceți dacă credeți că sunteți însărcinată este să fiți SIGURĂ! Surecheck® este conceput cu tehnologia specială Colloidal Gold, care asigură o precizie de peste 99% încă din prima zi de întârziere a ciclului menstrual și în orice moment al zilei. Designul său elegant, conceput special, face Surecheck® mai igienic și ușor de utilizat.

Precizie în orice moment!

PRECIZIE ÎN ORICE MOMENT

A se păstra la o temperatură între 4°– 30°C.

Ușor de folosit, nu sunt necesare cunoștințe speciale pentru a face testul.

Înainte de a începe: **1.** Citiți instrucțiunile cu atenție. **2.** Asigurați-vă că aveți la îndemână un ceas sau un cronometru. **3.** Verificați data de expirare de pe cutie. Nu utilizați produsul dacă este expirat. **4.** Nu utilizați testul dacă folia este deteriorată.

CUM SE UTILIZEAZĂ:

1 Desfaceți folia sigilată chiar înainte de utilizare. Scoateți testul din folie.

2 Urinați pe capătul absorbant pentru 3-5 secunde astfel încât întreg capătul să fie acoperit.



3 Citiți rezultatul după 5 minute.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:



NU SUNTEȚI ÎNSĂRCINATĂ:

O singură linie colorată apare în zona de control (C).



SUNTEȚI ÎNSĂRCINATĂ:

O singură linie colorată apare în zona de control (C). O a doua linie colorată apare în dreptul zonei de test (T).

Rezultat invalid:

Dacă nu apare nicio linie în zona de control (C) după 5 minute, rezultatul este invalid. Repetați testul utilizând un nou test de sarcină Surecheck® Streamer. Testul este considerat invalid dacă este scos din folie cu mai mult de 15 minute înainte de utilizare.

⚠

- Ignorați orice modificare a rezultatului testului după 30 de minute.
- Surecheck® Streamer nu trebuie refolosit!

Consultați un medic în cazul unui rezultat pozitiv!

Consultați un medic înainte de a lua orice altă măsură!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

1. Cum funcționează Surecheck®?
Surecheck® detectează prezența hormonului hCG (Gonadotrofina corionica umana) în urină. hCG apare în urină la scurt timp după concepție. Când urina ce conține hormonul hCG interacționează cu testul de sarcină, apar două linii în fereastra de rezultat.

2. Când pot utiliza testul?
Surecheck® poate fi utilizat chiar din prima zi de întârziere a menstruației în orice moment al zilei. Prima urină de dimineață conține de regulă o concentrație mai mare de hormon hCG.

3. Am o menstruație neregulată. Cum știu când trebuie să fac testul?
Dacă aveți o menstruație neregulată puteți utiliza Surecheck® la 19 zile de la momentul presupus al concepției. Dacă aveți un rezultat negativ, puteți repeta testul în 48 de ore.

4. Ce trebuie să fac dacă linia din zona de test (T) este foarte decolorată?
Repetați testarea utilizând un nou test de sarcină Surecheck® Streamer în 48 de ore. Intensitatea culorii liniei de test poate varia în funcție de concentrația hormonului hCG.

5. Ce fel de circumstanțe pot afecta rezultatul?
- Anumite medicamente cum ar fi Humegon, Pregnyl, Profasi, Pergonal, A.P.L. pot conține hormonul hCG, iar ingerarea acestora poate afecta rezultatele.
- Dacă utilizați Surecheck® la 8 săptămâni de la o naștere sau un avort, puteți avea un rezultat fals pozitiv datorită concentrației hormonului hCG încă prezent în corp. Dacă aveți suspiciuni în acest sens, vă rugăm să contactați un medic pentru interpretarea rezultatului.
- Consumul în exces de lichide poate cauza scăderea concentrației hormonului hCG în urină și poate afecta rezultatul.

Pilulele contraceptive, antibioticele, analgezicele (medicamente împotriva durerii) și alcoolul nu vor afecta rezultatul.

Detalii suplimentare la telefon **0371 119 624**, la costul unei convorbiri locale. de luni până vineri, 9:00 - 18:00

Data ultimei actualizări: 01.06.2016

Fiecare cutie de Surecheck® Streamer conține: O pungută din folie cu un test de sarcină Surecheck® Streamer steril și un desicant (pliculeț pentru absorbția umidității – nu desfaceți); Instrucțiuni de utilizare; Calendar. Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd., Beijijia Industry Zone, PRC 102209. EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Hamburg, Germania. ⚠ A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu este pentru uz intern. Test de unică folosință pentru testare personală. Dispozitiv de diagnosticare in vitro pentru acasă. Sensibilitate test: 25 mIU/ml. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură și umezeală. **A se păstra la o temperatură între 4°– 30°C.**

Importator și Distribuitor: UniComs Corp. România S.R.L., Strada Turturelelor Nr. 50, Etaj 4, Apartament 8, Sector 3, București, România, Tel/ Fax: 037 111 96 24